



SZPZLO W-T 278/2015

## Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecnictwa Otwartego Warszawa-Targówek



Warszawa, dn. 28.09.2015 r.

W nawiązaniu do otrzymanych pytań dotyczących dostawy chłodziarek farmaceutycznych, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecnictwa Otwartego Warszawa-Targówek uprzejmie informuje, co następuje:

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną z wnętrzem wykonanym z aluminium lakierowanego bez powłoki antybakteryjnej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Tak, Zamawiający dopuści chłodziarki farmaceutyczne z wnętrzem wykonanym z aluminium lakierowanego bez powłoki antybakteryjnej.**

2. Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą o pojemności netto 430 litrów? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Tak, Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą o pojemności netto 430 litrów.**

3. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną bez możliwości podłączenia do sieci LAN? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Tak, Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną bez możliwości podłączenia do sieci LAN.**

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Złota 100